

Transport certificate

June 2026

Zu Ihrer Information

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von uns hergestellten Produkte werden mit Kühllakus an unsere Kunden versendet.

Eine Unterbrechung der Tiefkühlkette (-28 bis -16°C) von bis zu 5 Tagen beeinträchtigt die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte nicht, sofern eine Temperatur von 4°C nicht überschritten wird. Ebenso beeinträchtigt ein Transport der Kits über einen Zeitraum von bis zu 3 Tagen bei Temperaturen bis maximal 25°C weder die Qualität noch die Leistungsfähigkeit der Produkte.

Wie im User Manual und auf den Produktetiketten angegeben, müssen die Kits nach Erhalt bei -28 bis -16°C gelagert werden. Nur unter Einhaltung dieser Lagerbedingungen kann die auf den Produktetiketten angegebene Haltbarkeit gewährleistet werden.

Unter den oben genannten Bedingungen gewährleisten wir, dass unsere Produkte zuverlässige analytische Ergebnisse mit hoher Präzision liefern.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls bei der Verwendung Probleme auftreten.

For Your Information

Dear customer,

Our products are shipped with cool-packs.

A disruption of the freezing chain (-28 to -16°C) for up to 5 days does not affect the quality of our products, provided that a temperature of 4°C is not exceeded. Likewise, transportation of the kits for up to 3 days at a maximum temperature of 25°C does not affect their performance or quality.

Upon receipt, the kits must be stored at -28 to -16°C as specified in the User Manual and on the product labels. Compliance with these storage conditions is essential to guarantee the shelf life stated on the product labels.

We assure that our products provide reliable analytical results with high precision under the named conditions.

In case you encounter any problems, please do not hesitate to contact us.

CONGEN Biotechnologie GmbH

Dr. Steffen Mergemeier